



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(ЮМТУ Росстандарта)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ (ИНСПЕКЦИЯ) ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
(Ставропольский отдел госнадзора)

344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 58, тел. (863) 297-29-02, факс. (863) 297-29-03
(адрес ЮМТУ Росстандарта, телефон, факс)

355035, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 7А, тел. (8652)35-62-87, тел/факс. (8652) 35-36-71
адрес территориального отдела (инспекции) по Ставропольскому краю ЮМТУ Росстандарта, телефон, факс

г.Ессентуки, ул.Гааза,1
(место составления акта)

«11» февраля 2019 г.
(дата составления акта)

18 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориального отдела (инспекции) госнадзора по Ставропольскому краю ЮМТУ
Росстандарта (Ставропольского отдела госнадзора)

наименование отдела (инспекции) государственного надзора, наименование МТУ Росстандарта

юридического лица

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 08-26/11

По адресу/адресам: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гааза, 1

(место проведения проверки)

На основании приказа ЮМТУ Росстандарта от «18» января 2019 г. № 01-30/75

(наименование органа государственного контроля (надзора), издавшего приказ)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Краевой
социально-оздоровительный центр «Кавказ»
(ГБУСОН «Кавказ»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"11" февраля 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность: 9 часов 00 мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день/9 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом (инспекцией) государственного надзора по

Ставропольскому краю ЮМТУ Росстандарта (Ставропольским отделом госнадзора)

(наименование отдела (инспекции) государственного надзора, наименование МТУ Росстандарта)

С копией приказа о проведении проверки **ознакомлены:**

Директор Датаяшева Умукусум Карамовна

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется))

✓ 
(подпись)

04.02.2019 г. 10 час 00 мин

(дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Начальник Ставропольского отдела госнадзора ЮМТУ
Росстандарта Кузнецова Татьяна Евгеньевна, старший государственный инспектор

Ставропольского отдела госнадзора ЮМТУ Росстандарта Либерман Ирина Борисовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Датаяшева Умукусум Карамовна, главная

настройки и вмешательства, соблюдаются. В наличие и без повреждений на средствах измерений имеются пломбы, несущие на себе поверительные клейма. В наличии имеется сопроводительная документация на средства измерений (паспорта и технические описания). Соблюдены требования к условиям эксплуатации, хранения, технического обслуживанию средств измерений. Требования, установленные Положением о единицах величин, допускаемых к применению в РФ, к наименованию и обозначению единиц величин, к применению и написанию соблюдаются.

3) 0 ед. средств измерений, выпускаемых из производства предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, из них 0 с нарушением обязательных требований.

(количество и наименование типов средств измерений)

4) 0 комплектов применяемых стандартных образцов, из них 0 с нарушением обязательных требований. стандартные образцы не применяются.

(количество)

5) 5 методик измерений, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, из них 0 применяются не аттестованными

(количество)

Методики предназначены для выполнения прямых измерений, внесены в эксплуатационную документацию на средства измерений.

6) соблюдение требований 0 аттестованных методик измерений,

(количество)

из них требования 0 не соблюдаются.

(количество)

Условия применения (хранения) эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений соответствуют требованиям документации на них.

соответствуют, не соответствуют

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований, (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены

с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

средства измерений, не соответствующие обязательным требованиям:

не выявлено

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления предпринимательской деятельности по производству эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных) правовых актов) - Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ» не осуществляет деятельность по производству эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений.

нарушения: не выявлены

Государственным бюджетным учреждением социального обслуживания населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ» соблюдаются обязательные требования в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений : при осуществлении деятельности в области здравоохранения; при осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке товаров; при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда; при выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных объектов обязательным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании; при обеспечении безопасности дорожного движения; при выполнении государственных учетных операций и учете количества энергетических ресурсов;

Требования Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ
соблюдаются.

2. Результаты проверки, проведенные в рамках государственного надзора за соблюдением обязательных требований государственных стандартов и технических регламентов :

11 февраля 2019 г. при выезде к месту проведения проверки Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ» по адресу: Ставропольский край, г.Ессентуки, ул. Гааза,1 в результате рассмотрения документов, сведений и осмотра территорий и помещений в присутствии: Директора Датаяшевой Умукусум Карамовны а также свидетеля Моргуновой Елены Сергеевны, проживающей по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, пер. Котовского,40/1, установлено что, по состоянию на 11 февраля 2019 г, Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ» не эксплуатирует машины и оборудование попадающие под требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 823, так же было получено информационное письмо исх. № 42 от 11.02.2019 г., Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ», содержащее информацию о том что машин и оборудования согласно ТР ТС 010/2011 в эксплуатации не имеется.

Следовательно, провести надзор за соблюдением обязательных требований государственных стандартов и технических регламентов на Государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ», не представляется возможным, так как отсутствует предмет проверки.

Проверено:

Наименование проверяемой продукции, коды по ОК -005 (ОКП):

не проверялось

1. _____

Стадия жизненного цикла: _____

Наименование изготовителя: _____

Наименование поставщика: _____

Обозначение, наименование нормативных документов, технических регламентов, на соответствие требованиям которых проводилась проверка:

не проверялось

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований, (с указанием пунктов законодательных и нормативных правовых актов):

не проверялось

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не проверялось

нарушений _____ не выявлено


(обязательных требований)

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

Начальник Ставропольского отдела

госнадзора ЮМТУ Росстандарта

(должность проверяющего)


(подпись)

Кузнецова Т.Е.
(фамилия, инициалы)

Старший государственный инспектор

Ставропольского отдела госнадзора

ЮМТУ Росстандарта
(должность проверяющего)


(подпись)

Либерман И.Б.
(фамилия, инициалы)

Директор

должность уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуальный предприниматель)


(подпись)

Датаяшева У.К.
(фамилия, инициалы)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протокол проверки применения средств измерений от 11.02.2019г. (Приложение № 1);
2. Копия устава;
3. Копия приказа о назначении директора;
4. Копии приказов о назначении должностных лиц; должностные инструкции;
5. Реквизиты;
6. Копии документов, подтверждающих поверку средств измерений.

Подписи лиц, проводивших проверку (участвующих в проверке):

Начальник Ставропольского отдела
госнадзора ЮМТУ Росстандарта
(должность проверяющего)


(подпись)

Кузнецова Т.Е.
(фамилия, инициал)

Старший государственный инспектор
Ставропольского отдела госнадзора
ЮМТУ Росстандарта
(должность проверяющего)


(подпись)

Либерман И.Б.
(фамилия, инициалы)

Проверка проведена в присутствии свидетеля: Моргуновой Елены Сергеевны, проживающей по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, пер. Котовского, 40/1


(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), второй экземпляр акта со всеми приложениями получил(а), кроме документов предоставленных Государственным бюджетным учреждением социального обслуживания населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ»

Директор Датаяшева Умукусум Карамовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 11 » февраля 20 19 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Протокол № 1
проверки применения эталонов единиц величин, стандартных образцов,
средств измерений в целях установления их соответствия обязательным
требованиям

Начало проверки: «11» февраля 2019 г. 10 час. 00 мин.

Окончание проверки: «11» февраля 2019 г. 17 час. 00 мин.

Лицо(а), проводившие проверку: Начальник Ставропольского отдела госнадзора ЮМТУ Росстандарта Кузнецова Татьяна Евгеньевна, старший государственный инспектор Ставропольского отдела госнадзора ЮМТУ Росстандарта Либерман Ирина Борисовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

в присутствии: главной медицинской сестры Пашигорева Любови Ивановны, инженера Демьянова Сергея Васильевича

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

проведена проверка эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений в целях установления их соответствия обязательным требованиям, принадлежащих:

Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ»

Ставропольский край, г.Ессентуки, ул. Гааза, 1

наименование субъекта хозяйственной деятельности, местонахождение

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование, тип проверенных эталонов, единиц величин, стандартных образцов, средств измерений	Заводской или регистрационный номер	Кол-во проверенных единиц.	Поверены (аттестованы), дата поверки (информация о поверке)	Признаки непригодности, ед.	Вид нарушения	сферы	МП И
1	2	3	4	5	6	7	8	
ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС								
1	Фотометр фотоэлектрический модель КФК-3-«ЗОМЗ». мод. КФК-3-01-«ЗОМЗ»	Зав № 1470111	1	03.08.2017 г. (свидетельство о поверке № 10592/05 ФБУ «Пятигорский ЦСМ» действительно до 02.08.2019 г.)	-	-	01	2 года

2	Весы равноплечие ручные ВР-5	Зав № б/н	1	28.01.2019 г. (свидетельство о поверке № 708/205 Пятигорский филиал ФБУ «Ставропольский ЦСМ» действительно до 27.01.2020 г.)	-	-	01	1 год
3	Набор гирь класса точности М1	Зав № б/н	1	28.01.2019 г. (свидетельство о поверке № 707/205 Пятигорский филиал ФБУ «Ставропольский ЦСМ» действительно до 27.01.2020 г.)	-	-	01	1 год
4	Термометр медицинский максимальный стеклянный для измерения температуры тела «ИМПЭКС- МЕД»	Зав № б/н Lot 14768	10	IV кв 2015 Поверительное клеймо завода изготовителя	-	-	01	Пов ерка при вып уске
5	Ростомер РМ-1 «Диакомс»	Зав № 26307	1	1 месяц 1019 Поверительное клеймо Пятигорский филиал ФБУ «Ставропольский ЦСМ»	-	-	01	1 год
6	Весы электронные медицинские настольные ВЭМН-150	Зав № 02116 02094	2	1 месяц 1019 Поверительное клеймо Пятигорский филиал ФБУ «Ставропольский ЦСМ»	-	-	01	1 год
7	Весы ручные равноплечие	Зав № б/н	1	1 месяц 1019 Поверительное клеймо Пятигорский филиал ФБУ «Ставропольский ЦСМ»	-	-	01	1 год

8	Механический прибор для измерения артериального давления Microlife	Зав № 051507001 507537 0916504572 48120767 051507010 041605875	6	8 месяц 2018 Поверительное клеймо ФБУ «Пятигорский ЦСМ»	-	-	01	2 года
9	Гиросметр психрометрический ВИТ-2	Зав № 32,50,45,29, 35,38	6	12 месяц 2018 Поверительное клеймо ОАО «Термоприбор»	-	-	14	2 года
10	Термометр складской ТС-7АМК (-35+50 град С)	Зав № 8021 8026 8046 7861 7881 7866 8041	7	1 месяц 2019 Поверительное клеймо Пятигорский филиал ФБУ «Ставропольский ЦСМ»	-	-	14	3 года

ПИЩЕБЛОК, ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СКЛАД

11	Весы электронные АД 25	Зав № 009076021	1	1 месяц 2019 Поверительное клеймо Пятигорский филиал ФБУ «Ставропольский ЦСМ»	-	-	07	1 год
12	Весы товарные РП-500 Ш13М (до 500 кг)	Зав № 12214	1	1 месяц 2019 Поверительное клеймо Пятигорский филиал ФБУ «Ставропольский ЦСМ»	-	-	07	1 год
13	Весы настольные циферблатные РН-10Ц13У	Зав № 008293 370090	2	1 месяц 2019 Поверительное клеймо Пятигорский филиал ФБУ «Ставропольский ЦСМ»	-	-	14	1 год
14	Весы почтовые (до 100 кг)	Зав № Д3321 Д6349	2	1 месяц 2019 Поверительное клеймо Пятигорский филиал ФБУ «Ставропольский ЦСМ»	-	-	14	1 год

15	Весы электронные АД 25	Зав № 016610408 016610427 016610431	3	1 месяц 2019 Поверителное клеймо Пятигорский филиал ФБУ «Ставропольский ЦСМ»	-	-	14	1 год
16	Весы электронные АД 60Н	Зав № 14910877 14910822	2	1 месяц 2019 Поверителное клеймо Пятигорский филиал ФБУ «Ставропольский ЦСМ»	-	-	07	1 год
17	Весы циферблатные ВНЦ-2	Зав № Д 68548	1	1 месяц 2019 Поверителное клеймо Пятигорский филиал ФБУ «Ставропольский ЦСМ»	-	-	14	1 год
18	Термометр складской ТС- 7АМК (-35+50 град С)	Зав № 9928 9923 9909 7871 8011 232 207 212 222 8016 227 9904 9933 202 7851 7856 7876 8031	18	1 месяц 2019 Поверительное клеймо ОАО «Термоприбор»	-	-	14	3 года
19	Гирометр психрометричес- кий ВИТ-2	Зав № 43,20,25	3	12 месяц 2018 Поверительное клеймо ОАО «Термоприбор»	-	-	14	2 года

ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ, КОММЕРЧЕСКИЕ УЗЛЫ УЧЕТА

20	Манометр технический МК- 16КТ	Зав № 2650667	1	1 месяц 2019 Поверительное клеймо Пятигорский филиал ФБУ «Ставропольский ЦСМ»	-	-	05	1 год
21	Манометр электроконтактный ЭКМ-1У	Зав № 101939	1	1 месяц 2019 Поверительное клеймо Пятигорский филиал ФБУ «Ставропольский ЦСМ»	-	-	05	1 год

22	Манометр ДМ-02-160-1-М	Зав № б/н,б/н 671210 217084	4	1 месяц 2019 Поверительное клеймо Пятигорский филиал ФБУ «Ставропольский ЦСМ»	-	-	05	1 год
23	Манометр ТМ6, РОСМА	Зав № б/н	1	1 месяц 2019 Поверительное клеймо Пятигорский филиал ФБУ «Ставропольский ЦСМ»	-	-	05	1 год
24	Счетчик холодной воды турбинный МЕТЕР ВТ-50х	Зав № С 5010320 13	1	IV кв 2014 Поверительное клеймо ООО «МЕТЕР»	-	-	07	6 лет
25	Счетчик холодной воды МЕТЕР ВК-Г	Зав № 3110034 12	1	III кв 2018 Поверительное клеймо ФБУ «Пятигорский ЦСМ»	-	-	07	6 лет
26	Счетчик электрической энергии статический трехфазный «Меркурий 230» ART-03 PQRSIDN	Зав № 15728371 15728766	2	III кв 2013 Поверительное клеймо ФБУ «РОСТЕСТ- МОСКВА»	-	-	08	10 лет
27	Трансформаторы тока типа ТОП- 0,66УЗ	Зав № 12190063 12190065 12190064	3	IV кв 2017 Поверительное клеймо АО «Армавирский электротехнический завод»			08	8 лет
28	Трансформаторы тока Т-0,66	Зав № 026161 026150 026167	3	05.02.2018 г. (свидетельство о поверке № 947/03, 945/03, 949/03 ФБУ «Пятигорский ЦСМ» действительно до 04.02.2022 г.)	-	-	08	4 года

29	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу типа ШЦ, мод.ШЦ-11,0-250мм, с ц.д. 0,05мм				Зав № 046000517			1	17.01.2019 г. (свидетельство о поверке № 198/205 Пятигорский филиал ФБУ «Ставропольский ЦСМ» действительно до 16.01.2020 г.)					-	-	19	1 год		
ИТОГО:								87											
Кол-во СИ, эталонов, СО	Сферы																		
	Здравоохранение Ветеринарная деятельность Охрана окружающей среды Гражданская оборона, защита от ЧС, обеспечение пожарной безопасности, безопасность на водных объектах Обеспечение безопасных условий и охраны труда Производственный контроль за соблюдением требований пром. безопасности к эксплуатации опасного Торговля, выполнение работ по расфасовке товаров Государственные учетные операции и учет количества энергетических ресурсов услуги почтовой связи, учет объема услуг электросвязи и обеспечение целостности и устойчивости сети связи общего пользования Оборона и безопасность государства Геологическая и картографическая деятельность Гидрометеорология, мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды Банковские, налоговые и таможенные операции и таможенный контроль Работы по оценке соответствия продукции и иных объектов обязательным требованиям Официальные спортивные соревнования, обеспечение подготовки спортсменов высшего класса Поручения суда, органов прокуратуры, государственных органов исполн. власти Мероприятия государственного контроля Деятельность в области использования атомной энергии Безопасность дорожного движения																		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
23/0				7/0		6/0	8/0						42/0					1/0	

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник Ставропольского отдела
госнадзора ЮМТУ Росстандарта
(должность проверяющего)


(подпись)

Т.Е.Кузнецова
(фамилия, инициалы)

Старший государственный инспектор
Ставропольского отдела госнадзора
ЮМТУ Росстандарта
(должность проверяющего)


(подпись)


И.Б.Либерман
(фамилия, инициалы)

Представители проверяемого субъекта:
Главная медицинская сестра
(должность)


(подпись)

Л.И. Пашигорева
(фамилия, инициалы)

Инженер
(должность)


(подпись)

С.В.Демьянов
(фамилия, инициалы)